Instrucciones de Uso

BASAGLAR® KwikPen®

(insulina glargina)

inyección para uso subcutáneo

100 unidades/ml, pluma de 3 ml para uso en un solo paciente

Lee las Instrucciones de Uso antes de comenzar a utilizar BASAGLAR y cada vez que obtengas un nuevo BASAGLAR® KwikPen®. Puede haber información nueva. Esta información no sustituye una conversación con tu profesional de la salud acerca de tu afección médica o tratamiento.

No compartas tu BASAGLAR KwikPen con otras personas, incluso si se ha cambiado la aguja. Puedes transmitirles una infección grave o contraer una infección grave de estas.

BASAGLAR KwikPen ("Pluma") es una pluma precargada desechable de uso en un solo paciente que contiene 300 unidades (3 ml) de BASAGLAR. La misma pluma contiene varias dosis del medicamento.

- Tu profesional de la salud te informará sobre el número de unidades que conforman tu dosis y te explicará cómo inyectarte la dosis prescrita del medicamento.
- Puedes administrarte una dosis de entre 1 y 80 unidades en una única inyección.
- **Si tu dosis prescrita es superior a 80 unidades, necesitarás administrarte más de 1 inyección.**
- El émbolo se mueve levemente con cada inyección, y es posible que no notes que se mueve. Cuando el émbolo llega al final del cartucho, significa que ya utilizaste las 300 unidades de la pluma.

No se recomienda que las personas ciegas o que presentan una afección visual utilicen esta pluma sin la ayuda de alguien que sepa utilizar la pluma precargada BASAGLAR.

Partes del KwikPen



Piezas de la Aguja de la Pluma (Agujas no Incluidas)



Botón Dosificador con anillo verde

Cómo reconocer tu BASAGLAR KwikPen

- Color de la pluma: gris claro
- Botón Dosificador: gris claro con un anillo verde en el extremo
- Etiquetas: gris claro con barras verdes

Suministros necesarios para administrar la inyección

- BASAGLAR KwikPen
- Aguja compatible con la pluma KwikPen (se recomiendan las Agujas para plumas de Becton, Dickinson and Company)
- Hisopo con alcohol

Preparación de tu Pluma

- Lávate las manos con agua y jabón.
- Revisa la Pluma para asegurarte de que estés utilizando el tipo correcto de insulina. Esto es de suma importancia si utilizas más de 1 tipo de insulina.
- **No** utilices la Pluma después de la fecha de caducidad que se indica en la Etiqueta o por más de 28 días después de utilizar la Pluma por primera vez.
- Utiliza siempre una **aguja nueva** para cada inyección a fin de evitar que se presenten infecciones u obstrucciones de la aguja. **No reutilices ni compartas tus agujas con otras personas. Puedes transmitirles una infección grave o contraer una infección grave de estas.**

Paso 1:

- Retira la Tapa de la Pluma.
  - **No** quites la Etiqueta de la Pluma.
- Limpia el Sello de Goma con un hisopo con alcohol.



Paso 2:

- **Revisa el líquido en la Pluma.**

BASAGLAR debe ser transparente e incolora. **No** la utilices si luce turbia, presenta algo de color o contiene cúmulos o partículas.

Paso 3:

- Elige una Aguja nueva.
- Retira la Tira de Papel del Protector Externo de la Aguja.



Paso 4:

- Presiona la Aguja con su protector directamente sobre la Pluma y gira la Aguja hasta que se ajuste bien.



Paso 5:

- Retira el Protector Externo de la Aguja. **No** lo deseches.
- Retira el Protector Interno de la Aguja y deséchalo.



Purgado de la Pluma

Purga la pluma antes de cada inyección.

- Purgar significa extraer el aire que la Aguja y el Cartucho pueden acumular durante el uso normal. Es importante purgar tu Pluma antes de cada inyección para que funcione correctamente.
- Si **no** purgas la pluma antes de cada inyección, puede que te administres dosis de insulina demasiado altas o demasiado bajas.

Paso 6:

- Para purgar la Pluma, gira el Botón Dosificador a fin de **seleccionar 2 unidades**.



Paso 7:

- Sostén la Pluma con la Aguja apuntando hacia arriba. Golpea ligeramente el Soporte para Cartuchos a fin de que las burbujas suban a la superficie.



Paso 8:

- Sigue sujetando la Pluma con la Aguja apuntando hacia arriba. Presiona el Botón Dosificador hasta que se detenga y se observe un **"0"** en el Visor de Dosis. Mantén presionado el Botón Dosificador y **cuenta hasta 5 lentamente**.

  Deberías ver insulina que sale del extremo de la Aguja.

  - Si **no** ves insulina, repite el proceso de purgado un máximo de 4 veces.
  - Si aún **no** ves insulina, cambia la Aguja y repite el proceso de purgado.

Es normal que haya pequeñas burbujas de aire, y esto no afectará a tu dosis.





Selección de la dosis

- Si tu dosis es superior a 80 unidades, necesitarás administrarte más de 1 inyección.
  - Habla con tu profesional de la salud sobre cómo administrarte la dosis.
  - Utiliza una nueva Aguja para cada inyección y repite el proceso de purgado.

Paso 9:

- Gira el Botón Dosificador para seleccionar la cantidad de unidades que necesitas inyectar. El Indicador de Dosis debería estar alineado con la dosis.
  - La Pluma marca 1 unidad a la vez.
  - El Botón Dosificador hace clic mientras se gira.
  - **No** marques la dosis contando los clics, ya que podrías marcar una dosis incorrecta.
  - Para corregir la dosis, se puede girar el Botón Dosificador en cualquier dirección hasta que la dosis correcta esté alineada con el Indicador de Dosis.
  - Los números **pares** están impresos en el marcador de dosis.
  - Los números **impares,** después del 1, se muestran como líneas completas.
- **Siempre verifica el número en el Visor de Dosis para asegurarte de que hayas seleccionado la dosis correcta.**





(Ejemplo: se muestran 12 unidades en el Visor de Dosis)



(Ejemplo: se muestran 25 unidades en el Visor de Dosis)

La Pluma no te permitirá seleccionar más unidades de las restantes.

- Si necesitas inyectarte más unidades de las que quedan en la Pluma, puedes realizar lo siguiente:
  - inyectarte la cantidad que quede en la Pluma y, después, utilizar una nueva Pluma para inyectarte el resto de la dosis **o**
  - utilizar una nueva pluma e inyectarte la dosis completa.
- Es normal ver una pequeña cantidad de insulina en la pluma que no se puede inyectar.

Administración de la inyección

- Inyecta la insulina del modo que te indicó el profesional de la salud.
- Cambia (varía) los lugares de inyección dentro de la zona que elijas durante cada dosis para reducir el riesgo de provocar lipodistrofia (cicatrices en la piel o engrosamiento de la piel) y amiloidosis cutánea localizada (bultos en la piel) en los lugares de inyección. **No** te inyectes en zonas donde tengas cicatrices, bultos o presentes un engrosamiento de la piel. **No** te inyectes en zonas donde la piel esté sensible, tenga hematomas o escamas, esté dura, presente cicatrices o esté dañada.
- **No** intentes cambiar la dosis mientras te estás inyectando.

Paso 10:

Elige tu zona de inyección.

- BASAGLAR se inyecta bajo la piel (por vía subcutánea) del área del estómago, de los glúteos o de la parte superior de los brazos o las piernas.
- Limpia la piel con un hisopo con alcohol y deja secar la zona de inyección antes de inyectarte la dosis.



Paso 11:

- Inserta la Aguja en la piel.
- Presiona el Botón Dosificador hasta el fondo.
- Sigue sujetando el Botón Dosificador y **cuenta lentamente hasta 5** antes de extraer la aguja.

Nota: No intentes inyectar la insulina girando el Botón Dosificador. Si giras el Botón Dosificador, **no** se administrará la insulina.



Paso 12:

- Retira la Aguja de la piel.
  - Es normal que quede una gota de insulina en la punta de la Aguja. Esto no afectará a tu dosis.
- Verifica el número en el Visor de Dosis.
  - Si ves un “0” en el Visor de Dosis, significa que recibiste la dosis completa.
  - Si no ves un “0” en el Visor de Dosis, significa que no recibiste la dosis completa. No vuelvas a seleccionar una dosis. Inserta de nuevo la aguja en la piel y termina la administración de la inyección.
  - Si aun así consideras que no recibiste la cantidad completa que seleccionaste para la inyección, no repitas el proceso ni vuelvas a inyectarte. Controla tu nivel de glucosa en la sangre o llama a tu profesional de la salud para obtener más instrucciones.
  - Si normalmente necesitas 2 inyecciones para recibir tu dosis completa, asegúrate de administrarte la segunda inyección.



El émbolo se mueve ligeramente con cada inyección, y es posible que no notes que se mueve.

Si ves sangre después de sacar la Aguja de la piel, presiona ligeramente el lugar de la inyección con una gasa o con un hisopo con alcohol. **No** frotes la zona.

Después de la inyección

Paso 13:

- Vuelve a colocar con cuidado el Protector Externo de la Aguja.



Paso 14:

- Quita la tapa de la Aguja y deséchala (consulta la sección **Eliminación de Plumas y Agujas** a continuación).
- No guardes la Pluma con la Aguja insertada a fin de evitar derrames, obstrucciones de la Aguja o acumulación de aire dentro de la Pluma.



Paso 15:

- Vuelve a colocar la Tapa de la Pluma alineando el Clip de la Tapa con el Indicador de Dosis y presiona.



Eliminación de Plumas y Agujas

- Inmediatamente después de utilizar las agujas, colócalas en un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). No tires (deseches) agujas sueltas a la basura doméstica.
- Si no dispones de un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puedes utilizar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
  - esté hecho de plástico de alta resistencia;
  - pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzantes no se puedan salir;
  - pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
  - sea resistente a derrames y
  - tenga una etiqueta que advierta que el recipiente contiene residuos peligrosos.
- Cuando tu recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberás seguir las normas comunitarias para desechar tu recipiente correctamente. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzocortantes e información específica sobre el desecho de objetos punzocortantes en el estado en el que resides, visita la página web de la FDA: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal
- No deseches tu recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes en la basura de su casa, a menos que las normas de tu comunidad lo permitan. No recicles el recipiente usado.
- Puedes desechar la Pluma que utilizaste en la basura de tu hogar después de retirar la aguja.

Almacenamiento de tu BASAGLAR KwikPen

Plumas no Usadas

- Almacena las Plumas no usadas en el refrigerador a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C (de 36 °F a 46 °F).
- **No** congeles BASAGLAR. **No** la utilices si la congelaste.
- Las Plumas no usadas se pueden utilizar hasta antes de la fecha de vencimiento que se indica en la Etiqueta, siempre y cuando se hayan guardado en el refrigerador.

Pluma en uso

- Almacena la Pluma que estás utilizando actualmente a temperatura ambiente [hasta 86 °F (30 °C)], lejos del calor y de la luz.
- Desecha la Pluma que estás usando después de 28 días, incluso si aún queda insulina.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de la Pluma

- **Guarda la pluma y las agujas fuera del alcance y la vista de los niños.**
- **Siempre** utiliza una aguja nueva para cada inyección.
- **No compartas tu Pluma ni tus agujas con otras personas. Puedes transmitirles una infección grave o contraer una infección de estas.**
- **No** utilices la Pluma si alguna parte parece rota o dañada.
- Siempre cuenta con una Pluma adicional en caso de que la tuya se pierda o dañe.

Solución de problemas

- Si no puedes retirar la Tapa de la Pluma, gira cuidadosamente la tapa de un lado a otro y, después, retírala.
- Si resulta difícil presionar el Botón Dosificador:
  - Si presionas el Botón Dosificador más lentamente, será más fácil administrar la inyección.
  - Es posible que la Aguja esté obstruida. Inserta una nueva aguja y purga tu Pluma.
  - Es posible que haya suciedad, comida o líquidos dentro de la Pluma. Desecha la Pluma y utiliza una nueva.

Si tienes alguna duda o problemas con tu BASAGLAR KwikPen, comunícate con Lilly al 1-800-LillyRx (1-800-545-5979) o llama a tu profesional de la salud para obtener ayuda. Para obtener más información sobre BASAGLAR KwikPen y la insulina, visita el sitio www.basaglar.com.

Escanea este código para ir al sitio web
www.basaglar.com

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. BASAGLAR® y BASAGLAR® KwikPen® son marcas comerciales de Eli Lilly and Company.

Revisión de las Instrucciones de Uso: Julio del 2021

Lilly

Fabricado por:
Eli Lilly and Company
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.
Número de Licencia en Estados Unidos: 1891

Derechos de autor © 2015, 2021, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

BASAGLAR KwikPen cumple con los requisitos funcionales y de exactitud de la dosis establecidos en la norma ISO 11608-1.

BASKP-0008-IFU-20210720

PP-BV-US-1888 08/2021 © Lilly USA, LLC 2021. Todos los derechos reservados.